ALERE™ HIV COMBO

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Перед началом использования

- Перед началом использования полностью прочитайте листок-вкладыш.
- Возьмите материалы, которые Вам понадобятся.
- Застелите рабочее место чистым одноразовым впитывающим покрытием.
- Наденьте одноразовые перчатки.
- Перед проведением тестирования все компоненты необходимо довести до комнатной температуры (15–30 ˚C).

Более подробная информация представлена в листке-вкладыше.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

1 ПОДГОТОВЬТЕ ТЕСТ

Оторвите одну полоску справа и снимите покрытие.



2 РАЗМЕСТИТЕ ТЕСТ

Положите одну тест-полоску на плоскую поверхность, на которой будет выполняться тест.



3 ДОБАВЬТЕ ОБРАЗЕЦ

Цельная кровь из пальца
Добавьте 50 мкл цельной крови в зону для образца. После того как вся кровь вытечет из капиллярной трубки в зону для образца, сразу же внесите в зону для образца одну каплю Chase Buffer.



Цельная кровь из вены
Добавьте 50 мкл цельной крови (дозатором) в зону для образца. Подождите 1 минуту и добавьте одну каплю Chase Buffer.



Сыворотка/плазма
Добавьте 50 мкл сыворотки или плазмы (дозатором) в зону для образца.



Осторожно! Не отводите капиллярную трубку от зоны для образца до тех пор, пока не будет перенесена вся кровь.

4 СЧИТАЙТЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Оцените результат теста в период от 20 до 40 минут после добавления образца.

Не оценивайте результат теста по прошествии 40 минут.

Контрольная линия должна проявляться во всех случаях. Если она не проявилась, результаты являются недействительными. Анализ необходимо повторить.

ЛИНИЯ	ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ			ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ	НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ	
	Ab	Ag	Ab/Ag			
Контроль	C ↓	C ↓	C ↓	C ↓	C ↓	C ↓
Линия антигена	AG ↑	AG ↑	AG ↑	AG ↑	AG ↑	AG ↑
Линия антитела	AB ↑	AB ↑	AB ↑	AB ↑	AB ↑	AB ↑

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ЭЛ. АДРЕСУ AFRISUPPORT@ALERE.COM

© 2019 Abbott. Все права защищены. Все упоминаемые товарные знаки принадлежат либо группе компаний Abbott, либо соответствующим владельцам. Все представленные фотографии используются исключительно в иллюстративных целях. 120005659-02 11/19

Abbott